

## Analysecertificaat

Product FICOLL AMIDOTRIZOAAAT PP-fles 100 mL  
 Artikelnummer 97902861  
 Charge 160929-005  
 Analyserapport 92894  
 Niet te gebruiken na September 2017  
 Datum vrijgifte 27-10-2017

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	nagenoeg heldere, nagenoeg kleurloze vloeistof	Akkoord
Identiteit	Calcium (wit neerslag) Amidotrizoaat natrium (DLC)	Positief Positief
Gehalte	Amidotrizoaat natrium (8,55-9,45 % g/v) Natriumcalciumedetaat (0,19-0,21 % g/v)	9,19 % g/v 0,20 % g/v
Osmolaliteit	280-320 mOsmol/kg	305 mOsmol/kg
Dichtheid	1,076-1,080 g/mL	1,078 g/mL
pH	6,0-7,5	6,6
Endotoxinen (LAL-test)	(1=200) < 0,005 IU/mL	<0,0005 IU/mL
Steriliteit	Ph. Eur. 2.6.1	akkoord
Deeltjes	Ph.Eur. 2.9.19	akkoord

Mw.Dr.E.R. Koomen, ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC  
 Klinische Farmacie en Toxicologie  
 Leids Universitair Medisch Centrum  
 Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden  
 Tel. 071 5263399