

Analysecertificaat

Product FICOLL AMIDOTRIZOAAAT PP-fles 100 mL
 Artikelnummer 97902861
 Charge 170119-003
 Analyserapport 93334
 Niet te gebruiken na Januari 2018
 Datum vrijgifte 23-2-2017

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	nagenoeg heldere, nagenoeg kleurloze vloeistof	Akkoord
Identiteit	Calcium (wit neerslag) Amidotrizoaat natrium (DLC)	Positief Positief
Gehalte	Amidotrizoaat natrium (8,55-9,45 % g/v) Natriumcalciumedetaat (0,19-0,21 % g/v)	9,43 % g/v 0,21 % g/v
Osmolaliteit	280-320 mOsmol/kg	310 mOsmol/kg
Dichtheid	1,076-1,080 g/mL	1,080 g/mL
pH	6,0-7,5	6,7
Endotoxinen (LAL-test)	(1=200) < 0,005 IU/mL	<0,0005 IU/mL
Steriliteit	Ph. Eur. 2.6.1	akkoord
Deeltjes	Ph.Eur. 2.9.19	akkoord

Mw.Dr.E.R. Koomen, ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC
 Klinische Farmacie en Toxicologie
 Leids Universitair Medisch Centrum
 Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden
 Tel. 071 5263399