

Analysecertificaat

Product	FICOLL AMIDOTRIZOAAAT PP-fles 100 mL
Artikelnummer	97902861
Charge	170501-006
Analyserapport	93774
Niet te gebruiken na	Mei 2018
Datum vrijgifte	29 Mei 2017

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	Nagenoeg heldere, nagenoeg kleurloze vloeistof	Akkoord
Identiteit	Calcium (wit neerslag) Amidotrizoaat natrium (DLC)	Positief Positief
Gehalte	Amidotrizoaat natrium (8,55-9,45 % g/v) Natriumcalciumedetaat (0,19-0,21 % g/v)	9,32 % g/v 0,21 % g/v
Osmolaliteit	280-320 mOsmol/kg	305 mOsmol/kg
Dichtheid	1,076-1,080 g/mL	1,077 g/mL
pH	6,0-7,5	6,9
Endotoxinen (LAL-test)	(1=200) < 0,005 IU/mL	<0,005 IU/mL
Steriliteit	Ph. Eur. 2.6.1	akkoord
Deeltjes	Ph.Eur. 2.9.19	akkoord

Dhr. Dr. P.P.H. le Brun, ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC
 Klinische Farmacie en Toxicologie
 Leids Universitair Medisch Centrum
 Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden
 Tel. 071 5263399