

Analysecertificaat

Product	FICOLL AMIDOTRIZOAAAT PP-fles 100 mL
Artikelnummer	97902861
Charge	190226-012
Analyserapport	97365
Niet te gebruiken na	02-2020
Datum vrijgifte	02 april 2019

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	nagenoeg heldere, nagenoeg kleurloze vloeistof	Akkoord
Identiteit	Calcium (wit neerslag) Amidotrizoaat natrium (DLC)	Positief Positief
Gehalte	Amidotrizoaat natrium (8,55-9,45 % g/v) Natriumcalciumedetaat (0,19-0,21 % g/v)	9,07 % g/v 0,21 % g/v
Osmolaliteit	280-320 mOsmol/kg	304 mOsmol/kg
Dichtheid	1,076-1,080 g/mL	1,078 g/mL
pH	6,0-7,5	6,44
Endotoxinen (LAL-test)	(1=200) < 0,005 IU/mL	< 0,005 IU/mL
Steriliteit	Ph. Eur. 2.6.1	akkoord
Deeltjes	Ph.Eur. 2.9.19	akkoord

Dhr. Dr. P.P.H. le Brun, ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC
 Klinische Farmacie en Toxicologie
 Leids Universitair Medisch Centrum
 Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden
 Tel. 071 5263399