

Analysecertificaat

Product	FICOLL AMIDOTRIZOAAAT PP-fles 100 mL
Artikelnummer	97902861
Charge	191212-001
Analyserapport	98465
Niet te gebruiken na	12 2020
Datum vrijgifte	16 januari 2020

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	nagenoeg heldere, nagenoeg kleurloze vloeistof	Akkoord
Identiteit	Calcium (wit neerslag) Amidotrizoaat natrium (DLC)	Positief Positief
Gehalte	Amidotrizoaat natrium (8,55-9,45 % g/v) Natriumcalciumedetaat (0,19-0,21 % g/v)	8,98 % g/v 0,21 % g/v
Osmolaliteit	280-320 mOsmol/kg	300 mOsmol/kg
Dichtheid	1,076-1,080 g/mL	1,078 g/mL
pH	6,0-7,5	6,8
Endotoxinen (LAL-test)	(1=200) < 0,005 IU/mL	<0,005 IU/mL
Steriliteit	Ph. Eur. 2.6.1	akkoord
Deeltjes	Ph.Eur. 2.9.19	akkoord

Mw. Drs. F. de Velde, ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC
Klinische Farmacie en Toxicologie
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden
Tel. 071 5263399