

## Analysecertificaat

Product FLUORESCEINE NATRIUM 200 mg/mL 5 mL ampul  
 Artikelnummer 97907723  
 Charge 170314-001  
 Analyserapport 93629  
 Niet te gebruiken na 3-2018  
 Datum vrijgifte 21-4-2017

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	heldere, donkerroodbruine, fluorescerende oplossing	Akkoord
Identiteit	Fluoresceïne natrium (HPLC)	Akkoord
Gehalte	Fluoresceïne natrium (HPLC) 190-210 mg/mL	211mg/mL
Osmolaliteit	(1=10) 123-137 mOsmol/kg	124 mOsmol/kg
pH	8,0-10,0	8,3
Opzuigbaar volume	≥ 5,1 mL	5,4 mL
Endotoxinen (LAL-test)	(1=800) ≤ 0,005 IU/mL	<0,005 IU/mL
Steriliteit	Ph. Eur. 2.6.1	akkoord

Dhr. Dr. P.P.H. le Brun, ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC  
 Klinische Farmacie en Toxicologie  
 Leids Universitair Medisch Centrum  
 Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden  
 Tel. 071 5263399