

Analysecertificaat

Product	METHADON HCl 10 mg/mL ampul 1 mL
Artikelnummer	97488798
Charge	181127-003
Analyserapport	97067
Niet te gebruiken na	11-2021
Datum vrijgifte	14-12-18

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	Heldere, kleurloze vloeistof	Akkoord
Identiteit	Methadon HCl (HPLC)	Positief
Gehalte	Methadon HCl (HPLC) 9,5 – 10,5 mg/mL	10,0 mg/mL
Osmolaliteit	266 – 294 mOsmol/kg	290 mOsmol/kg
pH	3,0 – 6,5	5,2
Opzuigbaar volume	≥ 1,1 mL	1,2 mL
Endotoxinen (LAL-test)	(1=500) < 0,03 IU/mL	<0,005 IU/mL

Dhr. Dr. P.P.H. le Brun, ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC
 Klinische Farmacie en Toxicologie
 Leids Universitair Medisch Centrum
 Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden
 Tel. 071 5263399