

Analysecertificaat

Product METHADON DRANK 1 mg/mL , 30 mL
 Artikelnummer 97948446
 Charge 180412-001
 Analyserapport 95442
 Niet te gebruiken na April 2019
 Datum vrijgifte 30 april 2018

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	Opalescente, lichtgeel gekleurde vloeistof	Akkoord
Identiteit	Methadon HCl (HPLC)	Positief
Gehalte	Methadon HCl (HPLC) 0,95 – 1,05 mg/mL Methylparabeen (HPLC) 0,99 – 1,21 mg/mL	0.99 mg/mL 1.15 mg/mL
pH	4,0 – 6,4	6.3
Dichtheid	1,23 – 1,27 g/mL	1.25 g/mL

Dhr. Dr. P.P.H. le Brun, ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC
 Klinische Farmacie en Toxicologie
 Leids Universitair Medisch Centrum
 Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden
 Tel. 071 5263399