

Analysecertificaat

Product METHADON DRANK 1 mg/mL , 30 mL
 Artikelnummer 97948446
 Charge 200929-016
 Analyserapport 99540
 Niet te gebruiken na 09-2021
 Datum vrijgifte 19 oktober 2020

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	Opalescente, lichtgeel gekleurde vloeistof	Akkoord
Identiteit	Methadon HCl (HPLC)	Positief
Gehalte	Methadon HCl (HPLC) 0,95 – 1,05 mg/mL Methylparabeen (HPLC) 0,99 – 1,21 mg/mL	0,97 mg/mL 1,15 mg/mL
pH	4,0 – 6,4	6,4
Dichtheid	1,23 – 1,27 g/mL	1,25 g/mL

Dhr. Dr. P.P.H. le Brun, ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC
 Klinische Farmacie en Toxicologie
 Leids Universitair Medisch Centrum
 Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden
 Tel. 071 5263399